

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
40223 Düsseldorf Ubier - Str. 20 , 40093 Postfach 250211

Zertifikat

Virusgenomnachweis Juni 2009

(Ausstellungsdatum 27.8.2009)

Nucleagena (Tn-Nr. 40065)
Gdecka 3
04-137 Warsaw
Polen

Hiermit wird bestätigt, daß der oben genannte Teilnehmer am Ringversuch Juni 2009 mit folgenden Untersuchungen **erfolgreich** teilgenommen hat :

PCR- / NAT-HPV (373) - Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren) (30) **

* Gültigkeitsdauer 6 Monate ** Gültigkeitsdauer 12 Monate *** Gültigkeitsdauer 2 Jahre



Reinauer

gez. Prof. Dr. H. Reinauer
(Leiter der Referenzinstitution)

Zeichhardt

gez. Prof. Dr. H. Zeichhardt

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
40223 Düsseldorf Ubier-Str. 20 , 40093 Postfach 250211

Teilnahmebescheinigung

Virusgenomnachweis Juni 2009

Nucleagena (Tn-Nr. 40065)
Gdecka 3
04-137 Warsaw
Polen

Hiermit wird bestätigt, daß der oben genannte Teilnehmer am Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat :

PCR- / NAT-HPV (373) - Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren) (30)



Reinauer

gez. Prof. Dr. H. Reinauer
(Leiter der Referenzinstitution)

Zeichhardt

gez. Prof. Dr. H. Zeichhardt

**Instand Ringversuch
Virusgenom-Nachweis**
Individuelle Befundmitteilung
**TN-Nr. 40065
25. 8.2009
E- Seite 1**
Juni 2009
**Nucleagena (Tn-Nr. 40065)
Gdecka 3
04-137 Warsaw
Polen**
Gültige Angaben: PCR- / NAT-HPV (373)

Prb. Test	qual. Befund
23051 Differenzierung von HPV (Humane Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen	High Risk
23052 Differenzierung von HPV (Humane Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen	negativ
23053 Differenzierung von HPV (Humane Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen	Low Risk
23054 Differenzierung von HPV (Humane Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen	High Risk
23055 Differenzierung von HPV (Humane Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen	Low Risk
23051 Typisierung v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierung	Typ=16
23052 Typisierung v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierung	negativ, nd
23053 Typisierung v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierung	Low Risk
23054 Typisierung v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierung	Typ=18
23055 Typisierung v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierung	Low Risk
23051 Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)	Typ=16
23052 Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)	negativ, nd
23053 Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)	Typ=6
23054 Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)	Typ=18
23055 Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)	Typ=6
23051 Bestimmung v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV)	High Risk
23052 Bestimmung v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV)	keine Bewertung
23053 Bestimmung v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV)	keine Bewertung
23054 Bestimmung v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV)	High Risk
23055 Bestimmung v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV)	keine Bewertung

Ihre Angaben:

Prb. Test - Methode / Reagenz	Beurteilung Ihrer Analysen	Ihr qual. Befund
Typisierung von HPV (Humane Papillomaviren)		
23051 and. PCR / and. Meth. sonst. Herst. / sonst. Herst.	richtig	Typ: 16
23052 and. PCR / and. Meth. sonst. Herst. / sonst. Herst.	richtig	negativ
23053 and. PCR / and. Meth. sonst. Herst. / sonst. Herst.	richtig	Typ: 6
23054 and. PCR / and. Meth. sonst. Herst. / sonst. Herst.	richtig	Typ: 18
23055 and. PCR / and. Meth. sonst. Herst. / sonst. Herst.	+ richtig	Typ: 6

+ : Zertifikat erteilt

40065 6671